

Nr pozycji (dziennik korespondencji przychodzącej)	Data przyjęcia
<i>(wypełnia Labortronic)</i>	<i>(wypełnia Labortronic)</i>

Informacje dodatkowe na świadectwie wzorcowania.

Dotyczy: Wszystkich zamówień Zamówień do dnia: Zamówienia numer:

1. Umieszczenie daty ważności na świadectwie wzorcowania.

Proszę o umieszczenie daty ważności na Świadectwie Wzorcowania przyrządu(ów) pomiarowego(ych).

Data ważności zostanie ustalona na podstawie wypełnionego poniżej harmonogramu wzorcowania przyrządów pomiarowych lub załączonego do formularza dokumentu ustalającego czasookresy wzorcowania.

Harmonogram wzorcowania przyrządów pomiarowych

LP	Nazwa przyrządu lub grupy przyrządów	Numer identyfikacyjny lub fabryczny	Czasookres wzorcowania lub data ważności wzorcowania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

2. Umieszczenie zgodności z wymaganiami na świadectwie wzorcowania.

Proszę o umieszczenie stwierdzenia zgodności ze specyfikacją na świadectwie wzorcowania przyrządu(ów) pomiarowego(ych).

Zgodność z wymaganiami zostanie określona na podstawie dokumentu wymienionego w tabeli poniżej. Określenie zgodności z wymaganiami na podstawie normy wymaga podania jej numeru i punktu określającego wymagania. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami na podstawie dokładności deklarowanej przez producenta przyrządu wymaga dołączenia do formularza instrukcji obsługi przyrządu lub innego dokumentu zawierającego informacje o dokładności przyrządu. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, wymaga określenia tych wymagań w kolumnie „Wymaganie” poniższej tabeli.

Określenie zgodności z wymaganiami

LP	Nazwa przyrządu lub grupy przyrządów	Wymaganie
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

3. Umieszczenie innych informacji na świadectwie wzorcowania *.

Proszę o umieszczenie następujących informacji na świadectwie wzorcowania:

Zleceniodawca

(podpis, pieczęć osoby reprezentującej Zamawiającego)

* Labortronic może odmówić umieszczenia dodatkowych informacji na świadectwie wzorcowania, jeśli są one niezgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 lub dokumentacją systemową aktualnie obowiązującą w laboratorium.